



IEC 62127-2

Edition 1.0 2007-08

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

---

**Ultrasonics – Hydrophones –  
Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz**

**Ultrasons – Hydrophones –  
Partie 2: Etalonnage des champs ultrasoniques jusqu'à 40 MHz**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE **XC**  
CODE PRIX

---

ICS 17.140.50

ISBN 978-2-83220-136-7

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

FOREWORD.....	5
INTRODUCTION.....	7
1 Scope.....	8
2 Normative references.....	8
3 Terms, definitions and symbols.....	9
4 List of symbols.....	13
5 Overview of calibration procedures.....	15
5.1 Principles.....	15
5.2 Summary of calibration procedures.....	16
5.3 Reporting of results.....	17
5.4 Recommended calibration periods.....	18
6 Generic requirements of a hydrophone calibration system.....	19
6.1 Mechanical positioning.....	19
6.1.1 General.....	19
6.1.2 Accuracy of the axial hydrophone position.....	19
6.1.3 Accuracy of the lateral hydrophone position.....	19
6.2 Temperature measurements and temperature stability.....	19
6.3 Hydrophone size.....	20
6.4 Measurement vessel and water properties.....	20
6.5 Measurement of output voltage.....	20
7 Electrical considerations.....	21
7.1 Signal type.....	21
7.2 Earthing.....	21
7.3 Measurement of hydrophone output voltage.....	21
7.3.1 General.....	21
7.3.2 Electrical loading by measuring instrument.....	21
7.3.3 Electrical loading by extension cables.....	22
7.3.4 Noise.....	22
7.3.5 Cross-talk (radio-frequency <i>rf</i> pick-up) and acoustic interference.....	22
7.3.6 Integral hydrophone pre-amplifiers.....	23
8 Preparation of hydrophones.....	23
8.1 General.....	23
8.2 Wetting.....	23
8.3 Hydrophone support.....	23
8.4 Influence of cable.....	23
9 Free field reciprocity calibration.....	23
9.1 General.....	23
9.2 Object.....	23
9.3 General principles.....	24
9.3.1 General.....	24
9.3.2 Three-transducer reciprocity calibration method.....	24
9.3.3 Self-reciprocity calibration method.....	24
9.3.4 Two-transducer reciprocity calibration method.....	24
9.4 Two-transducer reciprocity calibration method.....	24
9.4.1 Apparatus.....	24

9.4.2	Procedure .....	25
10	Free field calibration by planar scanning .....	25
10.1	General .....	25
10.2	Object .....	25
10.3	General principle .....	25
10.4	Procedural requirements .....	27
10.4.1	Hydrophone scanning .....	27
10.5	Procedure .....	27
10.5.1	Power measurement .....	27
10.5.2	Transducer mounting .....	27
10.5.3	Measurement conditions .....	27
10.5.4	Measurements .....	28
10.6	Corrections and sources of uncertainty .....	28
11	Free field calibration by optical interferometry .....	28
11.1	General .....	28
11.2	Principle .....	28
12	Calibration by comparison using a standard hydrophone .....	28
12.1	General .....	28
12.2	Object .....	28
12.3	Principle .....	29
12.4	Procedural requirements .....	29
12.4.1	Source transducer .....	29
12.4.2	Source transducer drive signal .....	29
12.4.3	Measurement system .....	29
12.5	Procedure .....	30
12.5.1	Measurements (Type I): determination of the directional response of a hydrophone .....	30
12.5.2	Measurements (Type II): calibration by comparison using a standard hydrophone .....	30
12.6	Maximum hydrophone size .....	31
Annex A (informative)	Assessment of uncertainty in free field calibration of hydrophones .....	32
Annex B (informative)	Behaviour of PVDF polymer sensors in high intensity ultrasonic fields .....	34
Annex C (informative)	Electrical loading corrections .....	37
Annex D (informative)	Absolute calibration of hydrophones using the planar scanning technique .....	38
Annex E (informative)	Properties of water .....	46
Annex F (informative)	The absolute calibration of hydrophones by optical interferometry up to 40 MHz .....	48
Annex G (informative)	Waveform concepts .....	58
Annex H (informative)	Time delay spectrometry – requirements and a brief review of the technique .....	68
Annex I (informative)	Determination of the phase response of hydrophones .....	71
Annex J (informative)	Maximum size considerations for the active element of a hydrophone .....	77

Bibliography .....	79
Figure F.1 – Experimental set-up of the interferometric foil technique .....	51
Figure F.2 – End-of-cable open-circuit sensitivity, $M_C$ , of a coplanar membrane hydrophone .....	53
Figure F.3 – Hydrophone waveform generated by a 9 $\mu\text{m}$ coplanar membrane hydrophone positioned at the focus of a 5 MHz transducer (focal length 51 mm) .....	54
Figure F.4 – Interferometer (displacement) waveform generated with the pellicle positioned at the focus of the 5 MHz transducer (focal position 51 mm) .....	55
Figure F.5 – Frequency spectrum of the displacement waveform (lower curve) and the differentiated displacement waveform (upper curve) .....	55
Figure F.6 – Sensitivity of a 0,2 mm active element diameter of a 9 $\mu\text{m}$ bilaminar membrane hydrophone determined at 5 MHz intervals over the frequency range 5 MHz to 60 MHz .....	56
Figure G.1 – Coordinates of a field point, P, in the near field of a plane- circular source transducer of radius, $a_t$ .....	65
Figure I.1 – Phase of end-of-cable open-circuit sensitivity for two membrane hydrophones .....	73
Figure I.2 – Phase of end-of-cable open-circuit sensitivity for a $\varnothing 0,2$ mm needle hydrophone .....	75
Table 1 – List of typical uncertainty values obtained by the calibration methods specified in this standard and for the frequency range listed here .....	17
Table E.1 – Speed of sound $c$ [ , ] and specific acoustic impedance, $\rho c$ , as a function of temperature, for propagation in water .....	46
Table G.1 – Temporal waveform and hydrophone position concepts described in this Annex .....	58
Table I.1 – Example of uncertainties (where a coverage factor, $k = 2$ , is used) for a HTDS phase calibration of a needle hydrophone with a diameter of 0,2 mm, expressed at a confidence level of 95 % .....	73

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

**ULTRASONICS – HYDROPHONES –****Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62127-2 has been prepared by IEC technical committee 87: Ultrasonics.

IEC 62127-1, IEC 62127-2 and IEC 62127-3 are being published simultaneously. Together these cancel and replace IEC 60866:1987, IEC 61101:1991, IEC 61102:1991, IEC 61220:1993 and IEC 62092:2001.

This bilingual version (2012-06) corresponds to the monolingual English version, published in 2007-08.

The text of this standard is based on the following documents:

Enquiry draft	Report on voting
87/353/CDV	87/372/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of IEC 62127 series, published under the general title *Ultrasonics – Hydrophones*, can be found on the IEC website.

NOTE Words in **bold** in the text are defined in Clause 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition; or
- amended.

The contents of the corrigendum of August 2008 have been included in this copy.

## INTRODUCTION

The spatial and temporal distribution of acoustic pressure in an ultrasonic field in a liquid medium is commonly determined using miniature ultrasonic **hydrophones**. These devices are not absolute measurement instruments and require calibration. The purpose of this part of IEC 62127 is to specify those calibration methods to be used in determining the response of a **hydrophone** in the ultrasonic range, i.e. above 20 kHz up to a frequency of 40 MHz. The main **hydrophone** application in this context lies in the measurement of ultrasonic fields emitted by medical diagnostic equipment in water. **Hydrophone** behaviour over this wide frequency band is required in order to reliably characterize the acoustic parameters of the applied acoustic field. In particular, the frequency range above 15 MHz is important to fully characterize this equipment, primarily due to the increased appearance of high-frequency components in the ultrasonic signals, caused by non-linear propagation. In addition, the number of medical ultrasonic systems that use frequencies above 15 MHz, particularly intra-operative probes, is growing. It has turned out in recent years that the **hydrophone** response below 0,5 MHz is also required to reliably determine the peak-negative (rarefactional) acoustic pressure.

While the term "**hydrophone**" can be used in a wider sense, it is understood here as referring to miniature piezoelectric **hydrophones**. It is this instrument type that is used today in various areas of medical ultrasonics and, in particular, to characterize quantitatively the field structure of medical diagnostic instruments. With regard to other pressure sensor types, such as those based on fibre optics, some of the requirements of this standard are applicable to these as well but others are not. If in the future these other "**hydrophone**" types gain more importance in field measurement practice, their characteristics and calibration will have to be dealt with in a revised version of this standard or in a separate one.

NOTE This standard covers the ultrasonic frequency range, from 20 kHz to an upper frequency of 40 MHz. Standards dealing with **hydrophone** properties (IEC 62127-3) and **hydrophone** use (IEC 62127-1) are being developed in parallel as part of a programme of maintenance activities aimed at restructuring and merging, where possible, all existing ultrasonic **hydrophone** standards. This will eventually lead to unified standards covering the whole field of practical **hydrophone** application.

## ULTRASONICS – HYDROPHONES –

### Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz

#### 1 Scope

This part of IEC 62127 specifies:

- absolute **hydrophone** calibration methods;
- relative (comparative) **hydrophone** calibration methods.

Recommendations and references to accepted literature are made for the various relative and absolute calibration methods in the frequency range covered by this standard.

This standard is applicable to

- **hydrophones** used for measurements made in water and in the ultrasonic frequency range up to 40 MHz;

NOTE 1 Although some physiotherapy medical applications of medical ultrasound are developing which operate in the frequency range 40 kHz to 100 kHz, the primary frequency range of diagnostic imaging remains above 2 MHz. It has recently been established that, even in the latter case, the **hydrophone** response at substantially lower frequencies can influence measurements made of key acoustic parameters [1].

- **hydrophones** employing circular piezoelectric sensor elements, designed to measure the pulsed wave and continuous wave ultrasonic fields generated by ultrasonic equipment;

NOTE 2 Some hydrophones can have non-circular active elements, arising from slight deviations from a circular structure caused, for example by electrode structure, or conversely, the active elements can actually be squares. The clauses within this standard remain valid, although, in these cases, special attention should be paid to the directional response and to the effective radii of the active element through various axes of rotation.

- **hydrophones** with or without a hydrophone pre-amplifier.

#### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-801:1994, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 801: Acoustics and electro-acoustics*

IEC 60565, *Underwater acoustics – Hydrophones – Calibration in the frequency range 0,01 Hz to 1 MHz*

IEC 61161:2006, *Ultrasonics – Power measurement – Radiation force balances and performance requirements*

IEC 61828:2006, *Ultrasonics – Focusing transducers – Definitions and measurement methods for the transmitted fields*

IEC 62127-1, *Ultrasonics – Hydrophones – Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz*

IEC 62127-3, *Ultrasonics – Hydrophones – Part 3: Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz*



## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	87
INTRODUCTION .....	89
1 Domaine d'application .....	90
2 Références normatives .....	90
3 Termes, définitions et symboles .....	91
4 Liste des symboles .....	96
5 Présentation des modes opératoires d'étalonnage .....	98
5.1 Principes .....	98
5.2 Récapitulatif des modes opératoires d'étalonnage .....	99
5.3 Déclaration des résultats .....	100
5.4 Périodes d'étalonnage recommandées .....	102
6 Exigences génériques d'un système d'étalonnage d'hydrophone .....	102
6.1 Positionnement mécanique .....	102
6.1.1 Généralités .....	102
6.1.2 Précision de la position axiale de l'hydrophone .....	102
6.1.3 Précision de la position latérale de l'hydrophone .....	102
6.2 Mesures et stabilité de la température .....	103
6.3 Dimension de l'hydrophone .....	103
6.4 Récipient de mesure et propriétés de l'eau .....	103
6.5 Mesure de la tension de sortie .....	104
7 Considérations électriques .....	104
7.1 Type de signal .....	104
7.2 Mise à la masse .....	104
7.3 Mesure de la tension de sortie de l'hydrophone .....	105
7.3.1 Généralités .....	105
7.3.2 Charge électrique avec appareil de mesure .....	105
7.3.3 Charge électrique par rallonges de câble .....	105
7.3.4 Bruit .....	106
7.3.5 Diaphonie (capteur de radiofréquence) et interférence acoustique .....	106
7.3.6 Préamplificateurs d'hydrophone intégrés .....	106
8 Préparation des hydrophones .....	106
8.1 Généralités .....	106
8.2 Humidification .....	106
8.3 Support de l'hydrophone .....	107
8.4 Influence du câble .....	107
9 Étalonnage réciproque en champ libre .....	107
9.1 Généralités .....	107
9.2 Objet .....	107
9.3 Principes généraux .....	107
9.3.1 Généralités .....	107
9.3.2 Méthode d'étalonnage réciproque à trois transducteurs .....	108
9.3.3 Méthode d'étalonnage par auto-réciprocité .....	108
9.3.4 Méthode d'étalonnage réciproque à deux transducteurs .....	108
9.4 Méthode d'étalonnage réciproque à deux transducteurs .....	108

9.4.1	Appareils .....	108
9.4.2	Mode opératoire.....	108
10	Étalonnage en champ libre par exploration planaire.....	109
10.1	Généralités .....	109
10.2	Objet .....	109
10.3	Principe général .....	109
10.4	Exigences liées au mode opératoire.....	111
10.4.1	Balayage de l'hydrophone .....	111
10.5	Mode opératoire .....	111
10.5.1	Mesure de la puissance .....	111
10.5.2	Montage du transducteur .....	111
10.5.3	Conditions de mesure .....	111
10.5.4	Mesures .....	112
10.6	Corrections et sources d'incertitude .....	112
11	Étalonnage en champ libre par interférométrie optique .....	112
11.1	Généralités .....	112
11.2	Principe .....	112
12	Étalonnage par comparaison à l'aide d'un hydrophone normalisé.....	112
12.1	Généralités .....	112
12.2	Objet .....	113
12.3	Principe .....	113
12.4	Exigences liées au mode opératoire.....	113
12.4.1	Transducteur source .....	113
12.4.2	Signal d'attaque du transducteur source.....	114
12.4.3	Système de mesure .....	114
12.5	Mode opératoire .....	114
12.5.1	Mesures (Type I): détermination de la réponse directionnelle d'un hydrophone.....	114
12.5.2	Mesures (Type II): étalonnage par comparaison à l'aide d'un hydrophone normalisé.....	115
12.6	Dimension maximale de l'hydrophone .....	115
Annexe A (informative) Evaluation de l'incertitude dans l'étalonnage en champ libre des hydrophones .....		116
Annexe B (informative) Comportement des capteurs polymères PVDF dans les champs ultrasoniques à haute intensité .....		119
Annexe C (informative) Corrections de charge électrique.....		123
Annexe D (informative) Etalonnage absolu des hydrophones à l'aide de la technique d'exploration planaire .....		124
Annexe E (informative) Propriétés de l'eau .....		133
Annexe F (informative) Étalonage absolu des hydrophones par interférométrie optique jusqu'à 40 MHz .....		135
Annexe G (informative) Concepts de forme d'onde .....		146
Annexe H (informative) Spectrométrie de temporisation – Exigences et brève présentation de la technique.....		156
Annexe I (informative) Détermination de la réponse en phase des hydrophones.....		159
Annexe J (informative) Considérations liées à la taille maximale de l'élément actif d'un hydrophone .....		165

Bibliographie .....	168
Figure F.1 – Configuration expérimentale de la technique de la feuille interférométrique .....	138
Figure F.2 – Sensibilité en circuit ouvert en bout de câble, $M_C$ , d'un hydrophone à membrane coplanaire.....	140
Figure F.3 – Forme d'onde d'hydrophone générée par un hydrophone à membrane coplanaire de 9 $\mu\text{m}$ placé au foyer d'un transducteur de 5 MHz (longueur focale de 51 mm) .....	141
Figure F.4 – Forme d'onde (déplacement) de l'interféromètre générée avec la pellicule placée au foyer du transducteur de 5 MHz (position focale de 51 mm) .....	142
Figure F.5 – Spectre de fréquences de la forme d'onde de déplacement (courbe inférieure) et forme d'onde de déplacement différenciée (courbe supérieure).....	142
Figure F.6 – Sensibilité du diamètre d'un élément actif de 0,2 mm d'un hydrophone à membrane à deux feuilles de 9 $\mu\text{m}$ déterminée à intervalles de 5 MHz dans la plage de fréquences comprise entre 5 MHz et 60 MHz.....	143
Figure G.1 – Coordonnées d'un point du champ, P, dans le champ proche d'un transducteur source circulaire plan de rayon $a_t$ .....	153
Figure I.1 – Phase de la sensibilité en circuit ouvert en bout de câble de deux hydrophones à membrane .....	161
Figure I.2 – Phase de la sensibilité en circuit ouvert en bout de câble d'un hydrophone à aiguille de 0,2 mm de diamètre.....	163
Tableau 1 – Liste des valeurs d'incertitude typiques obtenues par les méthodes d'étalonnage spécifiées dans la présente norme et pour la plage de fréquences indiquée ici.....	100
Tableau E.1 – Vitesse du son $c$ [36, 37] et impédance acoustique spécifique, $\rho c$ , en fonction de la température, pour la propagation dans l'eau .....	133
Tableau G.1 – Concepts de forme d'onde temporelle et de position de l'hydrophone décrits dans la présente Annexe.....	146
Tableau I.1 – Exemple d'incertitudes (où un facteur de couverture $k = 2$ est utilisé) dans le cas de l'étalonnage de phase HTDS d'un hydrophone à aiguille de 0,2 mm de diamètre, exprimé à un niveau de confiance de 95 % .....	161

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## ULTRASONS – HYDROPHONES –

**Partie 2: Etalonnage des champs ultrasoniques jusqu'à 40 MHz**

## AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62127-2 a été établie par le comité d'études 87 de la CEI: Ultrasons.

La CEI 62127-1, la CEI 62127-2 et la CEI 62127-3 ont été publiées conjointement. Ensemble, elles annulent et remplacent la CEI 60866:1987, la CEI 61101:1991, la CEI 61102:1991, la CEI 61220:1993 et la CEI 62092:2001.

La présente version bilingue (2012-06) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2007-08.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 87/353/CDV et 87/372/RVC.

Le rapport de vote 87/372/RVC donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 62127, publiées sous le titre général *Ultrasons – Hydrophones*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

NOTE Les mots en **gras** dans le texte sont définis à l'Article 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum (août 2008, disponible en anglais seulement) a été inclus dans cette norme.

## INTRODUCTION

La répartition spatiale et temporelle de la pression acoustique d'un champ à ultrasons en milieu liquide est généralement déterminée à l'aide d'**hydrophones** à ultrasons miniatures. Ces dispositifs ne sont pas des appareils de mesure à proprement parler et nécessitent un étalonnage. La présente partie de la CEI 62127 a pour objet de spécifier les méthodes d'étalonnage à utiliser pour déterminer la réponse d'un **hydrophone** dans la gamme ultrasonore, c'est-à-dire au-dessus de 20 kHz et jusqu'à une fréquence de 40 MHz. Dans ce cadre, la principale application de l'**hydrophone** consiste à mesurer les champs ultrasoniques émis par des appareils de diagnostic médical dans l'eau. Le comportement de l'**hydrophone** dans cette large bande de fréquences est nécessaire pour caractériser de manière fiable les paramètres acoustiques du champ acoustique appliqué. En particulier, la plage de fréquences au-dessus de 15 MHz est importante pour caractériser cet appareil de manière exhaustive, principalement en raison de la présence accrue de composants à haute fréquence dans les signaux ultrasonores provoqués suite à une propagation non linéaire. En outre, les systèmes médicaux à ultrasons utilisant des fréquences supérieures à 15 MHz sont de plus en plus nombreux, notamment les sondes péri-opératoire. Ces dernières années, il est apparu que les réponses d'un **hydrophone** inférieures à 0,5 MHz sont également nécessaires pour déterminer avec fiabilité la pression acoustique négative (de raréfaction) de crête.

Si le terme "**hydrophone**" peut être utilisé dans un sens plus large, il fait référence ici aux **hydrophones** piézoélectriques miniatures. Il s'agit d'un type d'appareil utilisé aujourd'hui dans différents domaines des ultrasons médicaux et, en particulier, pour caractériser de manière quantitative la structure du champ des appareils de diagnostic médicaux. Concernant d'autres types de capteur de pression (ceux reposant sur les fibres optiques, par exemple), certaines exigences de la présente norme leur sont également applicables, mais d'autres pas. Si, à l'avenir, ces autres types d'"**hydrophone**" prennent de l'importance dans la pratique de mesure de champ, leurs caractéristiques et leur étalonnage devront faire l'objet d'une version révisée de la présente norme ou d'une norme distincte.

NOTE La présente norme porte sur la plage de fréquences ultrasonores comprise entre 20 kHz et une fréquence supérieure de 40 MHz. Les normes traitant des propriétés de l'**hydrophone** (CEI 62127-3) et de l'utilisation de l'**hydrophone** (CEI 62127-1) sont développées en parallèle dans le cadre d'un programme d'activités de maintenance visant à restructurer et fusionner, dans la mesure du possible, toutes les normes existantes relatives aux **hydrophones** à ultrasons. Cela sera éventuellement à l'origine de normes unifiées couvrant l'ensemble du domaine d'application pratique de l'**hydrophone**.

## ULTRASONS – HYDROPHONES –

### Partie 2: Etalonnage des champs ultrasoniques jusqu'à 40 MHz

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 62127 spécifie:

- les méthodes d'étalonnage absolues de l'**hydrophone**;
- les méthodes d'étalonnage (comparatives) relatives de l'**hydrophone**.

Des recommandations et références à des documents validés sont faites pour les méthodes d'étalonnage relatives et absolues dans la plage de fréquences couverte par la présente norme.

Cette norme s'applique aux

- **hydrophones** utilisés pour procéder à des mesures dans l'eau dans la plage de fréquences ultrasonores pouvant atteindre 40 MHz;

NOTE 1 Bien que certaines applications des ultrasons appliquées en physiothérapie fonctionnant dans la plage de fréquences comprise entre 40 kHz et 100 kHz soient en cours de développement, la plage de fréquences principale des appareils d'imagerie de diagnostic reste supérieure à 2 MHz. Il a récemment été établi que, même dans ce dernier cas, la réponse de l'**hydrophone** à des fréquences sensiblement inférieures peut influencer les mesures réalisées des paramètres acoustiques fondamentaux [1].

- **hydrophones** utilisant des capteurs piézoélectriques circulaires, conçus pour mesurer les champs ultrasoniques à ondes pulsées et entretenues générés par les appareils à ultrasons;

NOTE 2 Certains hydrophones peuvent comporter des éléments actifs non circulaires, suite à des écarts sensibles de la structure circulaire provoqués, par exemple, par une structure à électrode. A l'inverse, les éléments actifs peuvent réellement être carrés. Les articles de la présente norme restent valables même si, dans certains cas, il convient d'accorder une attention particulière à la réponse directionnelle et aux rayons efficaces de l'élément actif passant par différents axes de rotation.

- **hydrophones** avec ou sans préamplificateur d'hydrophone.

#### 2 Références normatives

Les documents référencés ci-dessous sont indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition mentionnée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence (y compris ses amendements) s'applique.

CEI 60050-801:1994, *Vocabulaire électrotechnique international – Chapitre 801: Acoustique et électroacoustique*

CEI 60565, *Acoustique sous-marine – Hydrophones – Etalonnage dans la bande de fréquences de 0,01 Hz à 1 MHz*

CEI 61161:2006, *Ultrasons – Mesurage de puissance – Balances de forces de rayonnement et exigences de fonctionnement*

CEI 61828:2006, *Ultrasons – Transducteurs focalisants – Définitions et méthodes de mesurage pour les champs transmis*

CEI 62127-1, *Ultrasons – Hydrophones – Partie 1: Mesurage et caractérisation des champs ultrasoniques médicaux jusqu'à 40 MHz*

CEI 62127-3, *Ultrasons – Hydrophones – Partie 3: Propriétés des hydrophones pour les champs ultrasoniques jusqu'à 40 MHz*