

IEC 60526
(Second edition – 1978)

High-voltage cable plug and socket connections
for medical X-ray equipment

CEI 60526
(Deuxième édition – 1978)

Raccordements par fiche et réceptacle des
câbles haute tension pour équipements à rayons
X à usage médical

CORRIGENDUM 1

6 Statement of compliance

In the first three dashed items, instead of:

- three-conductor cable connection
IEC 526/1975;
- three-conductor cable termination
IEC 526/1975;
- three-conductor receptacle socket
IEC 526/1975;

read:

- three-conductor cable connection
IEC 526/1978;
- three-conductor cable termination
IEC 526/1978;
- three-conductor receptacle socket
IEC 526/1978;

6 Déclaration de conformité

Dans les trois premiers points, au lieu de:

- raccordement de câble à trois
conducteurs CEI 526/1975;
- embout de câble à trois conducteurs
CEI 526/1975;
- embase réceptacle à trois conducteurs
CEI 526/1975;

lire:

- raccordement de câble à trois
conducteurs CEI 526/1978;
- embout de câble à trois conducteurs
CEI 526/1978;
- embase réceptacle à trois conducteurs
CEI 526/1978;